

# SGAA-001\_API\_List

## 版本历史

Revision	Changelog	Date	Author
1.0.0	Initial Release	2022-02-10	Zuwang.Zhang

- 系统函数
  - 1, version
  - 2, get\_temperature
  - 3, reboot
- 测量函数
  - 1, measure
  - 2, enable\_output

## 符号:

1) '{','}' 参数有默认值; 或者通过某些选项有效;  
 2) ',' 参数分离;  
 3) ';' 组分离;  
 4) '[' ]' 包围消息ID号, 其中ID用于匹配发送指令与返回结果信息;  
 5) '(',')' 包围参数或结果;  
 串口发送命令: [ID]命令({参数.....})\n. 其中[ID]可选.  
 参数: 参数1,...,参数n  
 正确返回结果格式: [ID]ACK(xxx;DONE;时间戳)  
 错误返回结果格式: [ID]ACK(error information;ERROR;时间戳)  
 时间戳格式: 发送命令时间秒,发送命令时间毫秒,返回结果时间秒,返回结果时间毫秒;时间差毫秒  
 error information: ERR\_X  
 0) X=-70: 设备错误;  
 1) X=-75: 超时;  
 2) X=-77: 无ID;  
 3) X=-78: 命令执行错误;  
 4) X=-79: 命令解析错误;  
 5) X=-80: 无命令;  
 6) X=-193: 参数错误;

## 系统函数

---

### 1, version

version()

获取软件版本

#### 参数

无

#### 返回值

ACK(xxx;DONE;时间戳)

#### 举例

发送命令: [0]version()  
 返回值: === command list ===  
     version          : get version  
     ...  
     reboot          : reboot system

```
===== end =====
[0]ACK(xxx;DONE;时间戳)
```

## 2, get\_temperature

get\_temperature()

读取仪器温度

**参数**

无

**返回值**

ACK(xxx;DONE;时间戳) xxx包含温度值, 单位为°C

**举例**

```
发送命令: [0]get_temperature()
```

```
返回值: [0]ACK(xxx;DONE;时间戳)
```

## 3, reboot

reboot()

重启系统

**参数**

无

**返回值**

无

**举例**

```
发送命令: [0]reboot()
```

# 测量函数

## 1, measure

measure(bandwidth\_hz,harmonic\_num)

输入信号峰值(vpp),均方根值(rms),总谐波失真(THD+N,THD)的测量

**参数**

```
bandwidth_hz: int, [24~95977],Measure signal's limit bandwidth, unit is Hz. The frequency of the signal should not be greater than half of the bandwidth.
```

```
harmonic_num: int, [2-10],Use for measuring signal's THD.
```

bandwidth\_hz参数为测量信号的极限宽度, 其带宽应大于输入波形频率的Harmonic\_num倍;  
Harmonic\_num参数用于总谐波失真;

## 返回值

ACK({'vpp': xxx,'freq': xxx,'thd': xxx, 'thdn': xxx,'rms': xxx});DONE;时间戳)

其中vpp为测量峰值,freq为正弦波信号频率,thd和thdn为总谐波失真参数, rms为均方根值.

## 举例

发送命令: [0]measure(10000, 6)

返回值: [0]ACK({'vpp': xxx,'freq': xxx,'thd': xxx, 'thdn': xxx,'rms': xxx});DONE;  
时间戳)

## 2, enable\_output

enable\_output(freq,rms)

输出正弦波功能

## 参数

freq: int, [10~50000], Output signal's frequency, unit is Hz.

rms: float, [0~2300], Output wave's RMS, unit is mV.

freq参数为输出信号的频率, 单位为Hz;

rms参数为输出信号的均方根值, 单位为mV;

## 返回值

ACK(done;DONE;时间戳)

## 举例

发送命令: [0]enable\_output(1000,1000)

返回值: [0]ACK(done;DONE;时间戳)